

**Laboratorio Agropecuario Provincial**

Ctra. de Riaza 4 - 40003 Segovia  
Telf.: 921 43 06 11/ 921 43 06 00 - Fax: 921 44 36 15  
E-mail: agricultura-cap@dipsegovia.es  
C.I.F. Q-4000124-J

**Bol. Análisis: 17-03-0111-0****SANCHONUÑO, AYUNTAMIENTO DE**

PZA. MAYOR, 1  
SANCHONUÑO  
40297 SEGOVIA

440

A/A: Carlos Enrique Fuentes Pascual

**F. toma muestra:** 09/03/2017      **F. entrada:** 09/03/2017      **F. inicio:** 09/03/2017      **F. finalización:** 15/03/2017

**Tomador:** PRODESTUR**Denominación:** Análisis Agua de Consumo**P. toma muestra** PM-RED-SANCHONUÑO-FUENTE PLAZA DE LA FUENTE**Referencia:****Remitido por:** SANCHONUÑO, AYUNTAMIENTO DE**Objeto:** ACH. Estudio Entidad Gestora (T.64)**Escritos relac.:** /**Tipo envase:****F. boletín:** 15/03/2017**PARÁMETROS ANALIZADOS**

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango permitido	Referencia
* ALUMINIO <i>Método absorción atómica con cámara de grafito</i>	274	µg/l	Hasta 200	R.D. 140/2003

**Ensayos validados por:**

Area Físico-Químico

**Fdo. Ana Mª Escorial Yuste**  
**Responsable laboratorio**